Model: ORMI TABLE FRIEMD - KY-E5

Stolik przyłóżkowy – INSTRUKCJA OBSŁUGI

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI..... 2

Data wydania instrukcji 20.03.2026

ORMIGO Sp. z o.o.
68-200 Żary, ul. Broni Pancernej 16, Poland

FOSHAN KAIYANG MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD
3 OF NO.21 THE 3RD HONGLING ROAD, SHISHAN TOWN, NANHAI DISTRICT,
FOSHAN CITY, GUANDONG PROVINCE. CHINA

EC REP
SUNGO Europe B.V.
Add : Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7,
2909VA Capelle aan den IJssel, The Netherlands

MD CE

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Stolik przyłóżkowy

Model: KY-E5

1. Wykonanie

Rama stolika przyłóżkowego jest w kształcie litery C, co zapewnia możliwość poruszania oraz przesuwania nad łóżkiem. Stolik posiada blat, na którym można umieszczać obiekty oraz kółka z hamulcem. Wysokość oraz kąt nachylenia blatu można dostosować do indywidulanych potrzeb użytkownika. Zestaw zawiera: ramę podstawy, ramę blatu, blat, motylek montażowy.

Elementy stolika:

A. Rama podstawy z kółkami
B. Motylek regulacyjny
C. Ruchoma część podstawy ramy
D. Blat
E. Kółko



2. Zastosowanie

Stolik przyłóżkowy przeznaczony do użytkowania bezpośrednio nad łóżkiem pacjenta, aby zapewnić mu powierzchnię do jedzenia, czytania lub pisania podczas przebywania w łóżku. Produkt przeznaczony jest do stosowania zarówno podczas opieki w placówkach medycznych jak i w warunkach domowych.

3. Montaż

• Ustawić ramę podstawy (1) na kołach i zablokować hamulce na czas dalszego montażu.

• Pociągnąć i przytrzymać uchwyt blokady (2) w ramie podstawy, a następnie unieść ruchomą część ramy (3) do góry, aż do pozycji pionowej. Pin blokujący powinien zablokować wybrane ustawienie (kliknięcie).

• Do kwadratowego otworu ramy podstawy włożyć ramę blatu (4) i dokręcić na wybranej wysokości motylkiem regulacyjnym (5) - po złożeniu, złożona rama stolika powinna przypominać literę C.

• Połączyć blat (6) z ramą blatu (4). W pierwszej kolejności, okrągły trzpień ramy powinien przejść przez otwór montażowy 1 (7), a następnie przez otwór montażowy 2 zlokalizowany bliżej środka blatu (8).

• Po przejściu trzpienia przez drugi otwór montażowy, wkręcić motylek montażowy (9) w trzpień ramy blatu od strony zewnętrznej.

Regulacja pochylenia blatu

• Aby wyregulować kąt nachylenia blatu, należy pociągnąć i przytrzymać uchwyt regulacji (10).

• Po ustawieniu właściwego kąta opuścić uchwyt regulacji w taki sposób aby pin regulacyjny zablokował jedną z 9 możliwych opcji regulacyjnych.

Regulacja pochylenia ramy

• Aby wyregulować kąt nachylenia ruchomej ramy podstawy (3), należy pociągnąć i przytrzymać uchwyt blokady (2), a następnie ustawić nowe położenie ramy.

• Po ustawieniu właściwego kąta opuścić uchwyt blokady - pin blokujący powinien zablokować wybrane ustawienie (kliknięcie).

Regulacja wysokości blatu

• Aby wyregulować wysokość blatu należy poluzować motylek regulacyjny (5).

• Po ustawieniu właściwej wysokości należy dokręcić motylek.

Hamulce

• Na czas użytkowania stolika należy zablokować hamulce kół.

4. Specyfikacja techniczna

Wymiary ramy (dł. x szer.)	58,6 cm x 53,8 cm
Wymiary blatu	60 x 40 cm
Reg. kąta ustawienia blatu	0° - 90°
Reg. kąta ustawienia ramy	72° / 90°
Regulacja wysokości	70 – 93 cm
Waga	8,3 kg
Maks. obciążenie	10 kg
Średnica kół	2,00”

5. Uwagi i zalecenia

ORMIGO Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe poruszanie się na wózku, nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.

6. Konserwacja

Produkt należy czyścić wilgotną szmatką, a następnie dokładnie osuszyć. Nie należy używać ostrych środków polerskich, gdyż grozi to zniszczeniem powłok zabezpieczających. Należy na bieżąco usuwać zanieczyszczenia z ruchomych elementów produktu (zawiasów, śrub zaciskowych, blokad).


7. Warunki przechowywania i transportu

Nie należy narażać wyrobu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wody i wilgoci.

8. Dane dotyczące gwarancji

Produkt objęty jest gwarancją, której warunki zostały opisane w otrzymanej przez Państwa karcie gwarancyjnej. Do celów gwarancyjnych należy zachować dowód zakupu (paragon lub fakturę).

9. Oznaczenia

LOT	Numer partii		Zapoznaj się z instrukcją
	Importer	EC REP	Upoważniony przedstawiciel
	Producent	MD	Wyrób medyczny
CE	Producent dokonał oceny zgodności z wymogami zasadniczymi dotyczącymi wyrobów medycznych		Data produkcji
	Maksymalne obciążenie	UDI	Kod UDI

Całość oferty dostępna jest dla Państwa u naszych dystrybutorów. Dowiedz się więcej na **www.ormigo.com.pl**

Dziękujemy za wybór ORMIGO!